

**DRÄGER Barolog A, elektronisches  
Gerät, zur 1. Überprüfung des  
Narkosegerätes incl. ...**

Artikelnummer: 1001818

**290,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

DRÄGER Barolog A, elektronisches Gerät, zur 1. Überprüfung des Narkosegerätes incl. Kreisteil auf Dichtigkeit (dringend zu empfehlen), zur 2. kontinuierlichen Messung und Überwachung des Beatmungsdruckes während der Beatmung mit einem Beatmungsgerät 3. zur Messung der Beatmungsfrequenz, gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

