

DRÄGER Sulla 800 V, Appareil d'anesthésie, Ventillog, chariot avec plateau d'écriture, ...

Numéro d'article: 1001453

2.450,00 €
prix net



Product description

DRÄGER Sulla 800 V, Appareil d'anesthésie, Ventillog, chariot avec plateau d'écriture, d'occasion Surcharge pour crochet bouteille de gas (10l) art. 1004512 et 1 004511 La pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

